



# Alerta Sanitaria

8-14 DE JULIO  
2023



**AGUA POTABLE TRATADA OXÍGENO.** El Invima, identificó que se encuentra en distribución y comercialización el producto “AGUA POTABLE TRATADA OXIGENO”, la cual **tiene autorización sanitaria cancelada** RSAW19I18913; además, se desconocen las condiciones sanitarias para su fabricación. Por lo anterior, **se trata de un alimento fraudulento**. El Invima solicita a la población abstenerse de adquirir el producto relacionado en esta alerta. A los consumidores que hayan adquirido el producto se les recomienda suspender su consumo.



**CATÉTERES BALÓN INTRA-AÓRTICOS Y ACCESORIOS.** El fabricante ha detectado que durante la inserción del catéter IAB, el dilatador introductor se fractura en el conector dejando el cuerpo del dilatador introductor alojado dentro de la cubierta. En consecuencia, Datascope/Getinge, está iniciando un retiro voluntario de los dispositivos médicos mencionados. El Invima solicita que se realice la búsqueda activa para la detección de eventos o incidentes adversos que involucren al dispositivo médico señalado en esta alerta y que se notifiquen al Instituto.



**UNIDAD ELECTROQUIRÚRGICA (ELECTROBISTURI) MEGADYNE, ACCESORIOS Y REPUESTOS.** El fabricante ha iniciado un retiro voluntario de dispositivos médicos de todos los lotes distribuidos de los coaguladores de succión MEGADYNE™ controlados. Esta eliminación sólo afecta a los dispositivos controlados manualmente. Los dispositivos controlados por pie no se ven afectados. El Invima solicita que se realice la búsqueda activa para la detección de eventos o incidentes adversos que involucren al dispositivo médico señalado en esta alerta.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el invima:  
[farmacovigilancia@invima.gov.co](mailto:farmacovigilancia@invima.gov.co) - [tecnovigilancia@invima.gov.co](mailto:tecnovigilancia@invima.gov.co)