

	<b>AUTO DE FORMULACION DE CARGOS</b>		
	<b>CODIGO: F-PIVCSSP11-01</b>	<b>VERSION: 02</b>	<b>FECHA: 16-09-2021</b>

**Auto No.42**  
**06 de marzo de 2023**  
**PROCESO: PAS –SCA 18- 2023**  
**Apertura de proceso sancionatorio y de formulación de cargos**

La suscrita Subdirectora de Calidad y Aseguramiento del Instituto Departamental de Salud de Nariño, en uso de sus facultades y obligaciones constitucionales y legales, especialmente lo dispuesto en la Ley 9ª de 1979, la Ley 715 de 2001, la Resolución 1995 de 1999, el Decreto: 780 de 2016, Decreto: 2106 de 2019, la Resolución 2003 de 2014, (sustituida por la resolución 3100 del 2019) la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la Ley: 1564 de 2012 (Código General del Proceso), Ley 2080 del 2021 y demás normas pertinentes:

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con el Artículo 43, Numeral 43.2.6 de la Ley 715 de 2001, es competencia de los departamentos en materia de servicios de salud efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados de servicios de salud, recibir la declaración de requisitos esenciales para la prestación de los servicios y adelantar la vigilancia y el control correspondiente.

Que de acuerdo al Artículo 43, Numeral 43.3.9 de la Ley 715 es competencia de los Departamentos también Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que realicen en su jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud, las demás entidades que administran el régimen subsidiado, las entidades transformadas y adaptadas y aquellas que hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud e instituciones relacionadas.

Que de conformidad con el artículo 2.5.1.3.2.14 Decreto 780 de 2016, por medio del cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, le compete a los Departamentos en desarrollo de sus propias competencias, cumplir y hacer cumplir en sus respectivas jurisdicciones, las disposiciones establecidas en el precitado Decreto.


Que de conformidad con el artículo: 8 de la Resolución: 2003 de 2014 vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos (sustituida por la Resolución: 3100 de 2019), dispone que los prestadores de servicios de salud son responsables de cumplir los estándares aplicables al servicio que habilite.

Que la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece el procedimiento administrativo sancionatorio, indicando su procedencia, periodo probatorio, contenido de los actos que en virtud de él se expiden.

Que en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional el Instituto Departamental de Salud de Nariño mediante Resolución No.: 689 del 24 de marzo de 2020 con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 491 de 2020 expedido por el gobierno nacional, con el fin de salvaguardar la salud y la vida de los funcionarios y usuarios de la entidad y previniendo la propagación del SARS-COVID-19, ordenó suspender los términos de los procesos sancionatorios administrativos, que se encuentran en primera y segunda instancia en las Subdirecciones de Calidad y Aseguramiento y Salud Pública, a partir del 25 de marzo de 2020 o hasta tanto se mantenga el término del Aislamiento Preventivo.





	<b>AUTO DE FORMULACION DE CARGOS</b>		
	<b>CODIGO: F-PIVCSSP11-01</b>	<b>VERSION: 02</b>	<b>FECHA: 16-09-2021</b>

Obligatorio o las prórrogas decretadas, teniendo en cuenta los riesgos generados para los funcionarios y los administrados con ocasión de la pandemia COVID – 19.

Que Mediante Resolución No. 1539 del 31 de agosto de 2020 se amplió el término de suspensión de las actuaciones dentro de los procesos sancionatorios administrativos, hasta tanto se produzca la finalización de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que revisadas las condiciones presentadas en la entidad no permitían garantizar el acceso y desarrollo pleno del debido proceso y derecho del ente territorial y la defensa de los administrados en razón a la pandemia producida por el SARS- COVID – 19.

Que con el fin de cumplir con las competencias misionales y de control del IDSN, es necesario retomar los términos de los procesos administrativos sancionatorios, por lo que se precisa que la figura de la suspensión, significa que el término que ha corrido antes de que se decrete mantiene sus efectos y una vez se levanta la medida, el cómputo de los términos se reanuda por el lapso que esté pendiente de transcurrir. El efecto de levantar la medida de suspensión de términos, es la continuación del cómputo que falta de los mismos para surtir las actuaciones o adoptar las decisiones que correspondan en cada uno de los trámite.

En aplicación de la normativa que reglamenta los procesos administrativos sancionatorios adelantados en el Instituto Departamental de Salud de Nariño- IDSN, la figura de la suspensión en razón a la emergencia sanitaria declarada como consecuencia del SARS-COVID 19, aplicó desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. En este entendido se establece que en los procesos sancionatorios administrativos llevados en las Subdirecciones de Salud Pública y de Calidad y Aseguramiento operó una suspensión de términos general por once (11) meses y tres (3) días, en consecuencia, dicho lapso se contabilizará de acuerdo a las pautas y parámetros de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 Código de Régimen Municipal.

Que según el portal REPS del Ministerio de Salud y Protección Social el Consultorio Odontológico de la **Dra. FANNY PATRICIA ACTE RAMIREZ**, quien se identifica con Nit: 27224762-4 y código de habilitación Nro. 5232301257-01 con domicilio principal Calle 6 carrera 5 esquina del Municipio de Gualmatan (N).

### I.HECHOS:

La Subdirección de Calidad y Aseguramiento, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, en especial ejerciendo las contenidas en el numeral: 2.5.1.3.2.1 del decreto 780 de 2016, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 14 y siguientes de la Resolución 2003 de 2014, el día 02 de julio de 2019, por medio de una comisión, realizo visita de verificación de estándares de habilitación en las instalaciones del Consultorio Odontológico de la **Dra. FANNY PATRICIA ACTE RAMIREZ**, en el cual se pudo evidenciar que el prestador ha incurrido en presuntas infracciones, a los preceptos que regulan el sistema de estándares de habilitación que los prestadores de servicios de salud, están obligados a cumplir para habilitar y mantener habilitados los servicios de salud de conformidad con la resolución: 2003 de 2014, modificada por la resolución 3100 del 2019 y el Decreto 780 de 2016.

### II.HALLAZGOS

**2.3 CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA CIENTIFICA: No cumple**

**2.3.1 ESTANDARES DE HABILITACION**

**2.3.2 ESTANDARES Y CRITERIOS DE HABILITACION POR SERVICIO**


Calle 15 No. 28 - 41 Plazuela de Bomboná - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia  
 Conmutador: 7235428 - 7236928 - 7233590 - 7223031- 7293284 - 7296125



 idsnpage  
 @ENLAZATEIDSN  
 Enlázate Nariño





	<b>AUTO DE FORMULACION DE CARGOS</b>		
	<b>CODIGO:</b> F-PIVCSSP11-01	<b>VERSION:</b> 02	<b>FECHA:</b> 16-09-2021

**2.3.2.2 PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA  
SERVICIOS: ATENCION PREVENTIVA EN SALUD BUCAL**

**TALENTO HUMANO: No cumple**

No cuentan con el profesional que se requiere para la prestación del servicio.

**INFRAESTRUCTURA: No cumple**

No cuentan con área independiente para disposición de residuos.

**DOTACION: No cumple**

Los siguientes equipos: unidad odontológica, modelo: BEL/4S, lampara de fotocurado, marca: DENTAMERICA, modelo: LITEX 669. S/N: 111794, contrangulo, marca: NSK, compresor, CIAOFINI 25, S/N: 0051219404, código: 617HP1U64801, no se encuentran sujetos a un programa (cronograma) de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración (los equipos que aplique), cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes, no cuentan con hoja de vida, no presentan un documento con el que se pueda evidenciar que se les haya realizado mantenimiento preventivo y calibración (los equipos que aplique), en los años 2018 y 2019, ni años anteriores.

El equipo unidad odontológica, modelo: BLE/4S, se encuentra con la salida de agua de la escupidera en mal estado, el pedal no funciona adecuadamente.

El equipo, lampara de fotocurado, marca: DENTAMERICA, modelo: LITEX660, S/N: 111794, se encuentra con porta filtro óptico pegado con cinta Scott.

No cuentan con mocromotor.

**MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**PROCESOS PRIORITARIOS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**HISTORIA CLINICA Y REGISTROS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**2.3.2.3 CONSULTA EXTERNA GENERAL  
SERVICIOS: ODONTOLOGIA GENERAL**

**TALENTO HUMANO: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**INFRAESTRUCTURA: No cumple**


No cuentan con área independiente para disposición de residuos.

**DOTACION: No cumple**

- Los siguientes equipos: unidad odontológica, modelo: BEL/4S, lampara de fotocurado, marca: DENTAMERICA, modelo: LITEX 669. S/N: 111794, contrangulo, marca: NSK, compresor, CIAOFINI 25, S/N: 0051219404, código: 617HP1U64801, no se encuentran sujetos a un programa (cronograma) de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración (los equipos que aplique), cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes.





	<b>AUTO DE FORMULACION DE CARGOS</b>		
	<b>CODIGO: F-PIVCSSP11-01</b>	<b>VERSION: 02</b>	<b>FECHA: 16-09-2021</b>

no cuentan con hoja de vida, no presentan un documento con el que se pueda evidenciar que se les haya realizado mantenimiento preventivo y calibración (los equipos que aplique), en los años 2018 y 2019, ni años anteriores.

- El equipo unidad odontológica, modelo: BLE/4S, se encuentra con la salida de agua de la escupidera en mal estado, el pedal no funciona adecuadamente.
- El equipo, lampara de fotocurado, marca: DENTAMERICA, modelo: LITEX660, S/N:111794, se encuentra con porta filtro óptico pegado con cinta Scott.
- Los equipos, pieza de alta velocidad, marca: TELEDYNE, S/N: Z 8832, se encuentran en mal estado.
- No cuentan con mocromotor.
- No cuenta con: juego de instrumental básico, instrumental para operatoria, instrumental para endodoncia, instrumental para exodoncia simple y quirúrgica, instrumental para periodoncia.



**MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS: No cumple**

- No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.



**PROCESOS PRIORITARIOS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**HISTORIA CLINICA Y REGISTROS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.



**INTERDEPENDENCIA: No cumple**

Proceso: esterilización:

- El equipo, horno esterilizador, marca: BIODENT, modelo: STERIL, no garantiza el proceso a los elementos que se utilizan en el servicio.
- El equipo, horno esterilizador, marca: BIODENT, modelo: STERIL, no cuenta con programa de mantenimiento preventivo, validación a la instalación y recalificación anual.
- No cuenta con cepillo para lavado instrumental
- No tiene disponibilidad de incubadora para manejo de controles biológicos
- No cuenta con indicadores químicos biológicos
- No cuentan con Registro de reportes de todos los controles
- No cuenta con registro de las validaciones y mantenimiento del equipo, horno esterilizador, marca BIODENT, modelo: STERIL.



**III. DE LOS CARGOS:**

En consideración de la presunta infracción o incumplimiento de las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud, se establece que, de conformidad a lo establecido en el acápite precedente, el Consultorio Odontológico de la **Dra. FANNY PATRICIA ACTE RAMIREZ**, identificada con Nit: 27224762-4, Quien presuntamente vulnera la normativa que regula el sistema de estándares de habilitación así:


**CARGO PRIMERO:** En la visita realizada se evidencio que, el prestador en los numerales:

**2.3 CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA CIENTIFICA: No cumple**

**2.3.1 ESTANDARES DE HABILITACION**





	<b>AUTO DE FORMULACION DE CARGOS</b>		
	<b>CODIGO: F-PIVCSSP11-01</b>	<b>VERSION: 02</b>	<b>FECHA: 16-09-2021</b>

### 2.3.2 ESTANDARES Y CRITERIOS DE HABILITACION POR SERVICIO

Además, en el servicio: **2.3.2.2 PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA - SERVICIOS: ATENCION PREVENTIVA EN SALUD BUCAL**, el prestador no cumple con los siguientes estándares:

**TALENTO HUMANO: No cumple**

No cuentan con el profesional que se requiere para la prestación del servicio.

**INFRAESTRUCTURA: No cumple**

No cuentan con área independiente para disposición de residuos.

**DOTACION: No cumple**

Los siguientes equipos: unidad odontológica, modelo: BEL/4S, lampara de fotocurado, marca: DENTAMERICA, modelo: LITEX 669. S/N: 111794, contrangulo, marca: NSK, compresor, CIAOFINI 25, S/N: 0051219404, código: 617HP1U64801, no se encuentran sujetos a un programa (cronograma) de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración (los equipos que aplique), cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes, no cuentan con hoja de vida, no presentan un documento con el que se pueda evidenciar que se les haya realizado mantenimiento preventivo y calibración (los equipos que aplique), en los años 2018 y 2019, ni años anteriores.

El equipo unidad odontológica, modelo: BLE/4S, se encuentra con la salida de agua de la escupidera en mal estado, el pedal no funciona adecuadamente.

El equipo, lampara de fotocurado, marca: DENTAMERICA, modelo: LITEX660, S/N: 111794, se encuentra con porta filtro óptico pegado con cinta Scott.

No cuentan con mocomotor.

**MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**PROCESOS PRIORITARIOS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**HISTORIA CLINICA Y REGISTROS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**CARGO SEGUNDO:** En cuanto al servicio de: **2.3.2.3 CONSULTA EXTERNA GENERAL- SERVICIOS: ODONTOLOGIA GENERAL**, el prestador no cumple con los estándares:

**TALENTO HUMANO: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**INFRAESTRUCTURA: No cumple**


No cuentan con área independiente para disposición de residuos.

**DOTACION: No cumple**

- Los siguientes equipos: unidad odontológica, modelo: BEL/4S, lampara de fotocurado, marca: DENTAMERICA, modelo: LITEX 669. S/N: 111794, contrangulo, marca: NSK, compresor, CIAOFINI 25, S/N: 0051219404, código: 617HP1U64801.





	<b>AUTO DE FORMULACION DE CARGOS</b>		
	<b>CODIGO: F-PIVCSSP11-01</b>	<b>VERSION: 02</b>	<b>FECHA: 16-09-2021</b>

617HP1U64801, no se encuentran sujetos a un programa (cronograma) de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración (los equipos que aplique), cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes, no cuentan con hoja de vida, no presentan un documento con el que se pueda evidenciar que se les haya realizado mantenimiento preventivo y calibración (los equipos que aplique), en los años 2018 y 2019, ni años anteriores.

- El equipo unidad odontológica, modelo: BLE/4S, se encuentra con la salida de agua de la escupidera en mal estado, el pedal no funciona adecuadamente.
- El equipo, lampara de fotocurado, marca: DENTAMERICA, modelo: LITEX660, S/N:111794, se encuentra con porta filtro óptico pegado con cinta Scott.
- Los equipos, pieza de alta velocidad, marca: TELEDYNE, S/N: Z 8832, se encuentran en mal estado.
- No cuentan con mocromotor.
- No cuenta con: juego de instrumental básico, instrumental para operatoria, instrumental para endodoncia, instrumental para exodoncia simple y quirúrgica, instrumental para periodoncia.

**MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS: No cumple**

- No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**PROCESOS PRIORITARIOS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**HISTORIA CLINICA Y REGISTROS: No cumple**

No cumple con ningún criterio establecido en este estándar.

**INTERDEPENDENCIA: No cumple**


Proceso; esterilización:

- El equipo, horno esterilizador, marca: BIODENT, modelo: STERIL, no garantiza el proceso a los elementos que se utilizan en el servicio.
- El equipo, horno esterilizador, marca: BIODENT, modelo: STERIL, no cuenta con programa de mantenimiento preventivo, validación a la instalación y recalificación anual.
- No cuenta con cepillo para lavado instrumental
- No tiene disponibilidad de incubadora para manejo de controles biológicos
- No cuenta con indicadores químicos biológicos
- No cuentan con Registro de reportes de todos los controles
- No cuenta con registro de las validaciones y mantenimiento del equipo, horno esterilizador, marca BIODENT, modelo: STERIL.

Por lo tanto, el Consultorio Odontológico de la **Dra. FANNY PATRICIA ACTE RAMIREZ**, presuntamente incurrió en la infracción del estándar de **TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, DOTACION, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS, PROCESOS PRIORITARIOS, HISTORIA CLINICA Y REGISTROS**, de los servicios de: **2.3.2.2 PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA, 2.3.2.3 CONSULTA EXTERNA- SERVICIOS: CONSULTA ODONTOLÓGICA GENERAL, 2.3 CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA CIENTIFICA, 2.3.1 ESTANDARES DE HABILITACION, 2.3.2 ESTANDARES Y CRITERIOS DE HABILITACION POR SERVICIO**, de la





	<b>AUTO DE FORMULACION DE CARGOS</b>		
	<b>CODIGO: F-PIVCSSP11-01</b>	<b>VERSION: 02</b>	<b>FECHA: 16-09-2021</b>

Resolución 2003 de 2014, modificada por la 3100 de 2019 y el Decreto 780 de 2016.

Las sanciones o medidas que serían procedentes, de encontrarse probados los cargos, serían las previstas en el Artículo 577 de la Ley 9 de 1979, así:

- a) Amonestación,
- b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución,
- c) Decomiso de productos, d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia,
- e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo al igual que lo descrito en el artículo 2.5.1.7.6, decreto 780 de 2016.

#### IV. DECISION.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirectora de Calidad y Aseguramiento del Instituto Departamental de Nariño, teniendo en cuenta los hallazgos detallados en el informe de visita de verificación presentado por la comisión de inspección y vigilancia, se tiene que el Consultorio Odontológico de la **Dra. FANNY PATRICIA ACTE RAMIREZ**, quien se identifica con Nit: 27224762-4 y código de habilitación Nro. 5232301257-01 con domicilio principal Calle 6 carrera 5 esquina del Municipio de Gualmatan (N). Presuntamente ha incumplido en: la Resolución 2003 de 2014, normatividad que regula, los requisitos y condiciones de habilitación, que los prestadores de servicios de salud están obligados a cumplir para ser integrante y permanecer en el sistema único de habilitación.

En virtud de lo señalado, la Subdirectora de Calidad y Aseguramiento del Instituto Departamental de Salud de Nariño.


#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Abrir investigación administrativa sancionatoria y formular cargos en contra del Consultorio Odontológico de la **Dra. FANNY PATRICIA ACTE RAMIREZ**, quien se identifica con Nit: 27224762-4 y código de habilitación Nro. 5232301257 -01 con domicilio principal Calle 6 carrera 5 esquina del Municipio de Gualmatan (N). Por la presunta infracción del estándar de **TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA, DOTACION, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS, PROCESOS PRIORITARIOS, HISTORIA CLINICA Y REGISTROS**, de los servicios de: **2.3.2.2 PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA, 2.3.2.3 CONSULTA EXTERNA- SERVICIOS: CONSULTA ODONTOLÓGICA GENERAL, 2.3 CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA CIENTIFICA, 2.3.1 ESTANDARES DE HABILITACION, 2.3.2 ESTANDARES Y CRITERIOS DE HABILITACION POR SERVICIO**, de la Resolución 2003 de 2014, modificada por la 3100 de 2019 y el Decreto 780 de 2016.

Lo anterior según visita de verificación de condiciones de habilitación, realizada el día 02 de julio del 2019.

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar electrónicamente el contenido del presente proveído conforme la Ley 2080 del 2021, o de manera personal en los termino descritos en el artículo 67 de la Ley 1437 del 2011, al representante legal del Consultorio Odontológico de la **Dra. FANNY PATRICIA ACTE RAMIREZ**, en la Calle 6 carrera 5 esquina del Municipio de Gualmatan (N). Advirtiéndole que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación, podrá presentar



	<b>AUTO DE FORMULACION DE CARGOS</b>		
	<b>CODIGO: F-PIVCSSP11-01</b>	<b>VERSION: 02</b>	<b>FECHA: 16-09-2021</b>

directamente, o por intermedio de apoderado, los descargos pertinentes, así como la solicitud o aporte de pruebas que estime convenientes a sus intereses.

**ARTICULO TERCERO:** Aplicar al presente proceso el procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el capítulo III, artículo 47 de la ley 1437 de 2011, código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTICULO CUARTO:** Indicar que en virtud del artículo 47 de la ley 1437 de 2011, contra el presente auto no procede recurso.

Dado en San Juan de Pasto a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

M<sup>te</sup>. Alejandra Barco Cabrera  
**MARIA ALEJANDRA BARCO CABRERA**  
 Subdirectora de Calidad y Aseguramiento

Elaboró: Tatiana Benavides M. Abogada Contratista SCA-PS

Revisó: H. BURBANO-Profesional universitario SCA-PS

